

# FIL DE SUTURE

## Associez chaque pictogramme à sa définition

The central image shows a suture package with the following labels and icons:

- Brand:** SUPERSTRONG®
- Length:** 60 cm
- Spacing:** 4 Déc/Met
- Material:** Tresse PGA vert Résorbable
- Reference:** REF SJ49-18
- MD:** MD
- Lot:** LOT 06064
- Diagram:** A diagram of a suture needle with a triangle pointing to the cutting edge, labeled "Cutting".
- Dimensions:** 24 mm, 1/2
- Expiration:** 2024-12
- CE Mark:** 2021-04, CE 6789
- STERILE EO:** STERILE EO
- Warnings:** Three warning icons: a crossed-out suture, a crossed-out needle, and a triangle with an exclamation mark.
- Manufacturer:** Victor SURGICAL
- UDI:** UDI with a QR code and GTIN: V06 GTIN 0645815788485

There are 15 empty boxes with green borders arranged around the package, with lines connecting them to the various labels and icons on the package. The boxes are arranged in a grid: 5 in the top row, 2 in the second row, 3 in the third row, and 5 in the bottom row.

Nom commercial du  
DM

Date limite d'utilisation

Référence catalogue

Dispositif médical

Descriptif du DM

Date de fabrication

Marquage de  
conformité  
européenne  
et numéro d'identification  
de l'organisme notifié

Identification unique  
de dispositif

Numéro de lot du  
fabricant


Fabricant

Attention : précautions  
ou restrictions  
d'utilisation

Stérilisé avec de  
l'oxyde d'éthylène

Ne pas réutiliser, usage  
unique

Ne pas utiliser si  
l'emballage est  
endommagé ou ouvert



Nom commercial du DM

Date limite d'utilisation

Référence catalogue

Dispositif médical

Date de fabrication

Descriptif du DM

Marquage de conformité européenne et numéro d'identification de l'organisme notifié

Numéro de lot du fabricant

Attention : précautions ou restrictions d'utilisation

Stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène

Ne pas réutiliser, usage unique

Fabricant

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert

Identification unique de dispositif