

BLEU PATENTE V

BLEU PATENTE V SODIQUE GUERBET®
2,5 %
ampoule 50 mg/2 mL

Statut : médicament



LAZULYMPH® 2,5 %
seringue 50 mg/2 mL

Statut : dispositif médical stérile



INDICATION

Repérage du ganglion sentinelle prébiopsie dans le cancer du sein opérable

Repérage des vaisseaux lymphatiques et des territoires artériels

Recherche opératoire des ganglions sentinelles dans le cancer du sein

Recherche opératoire des ganglions sentinelles dans le cancer du côlon à un stade précoce

Lymphoscintigraphie préopératoire des ganglions sentinelles dans le mélanome

POSOLOGIE

1 à 2 mL

10 mL maximum

Le volume dépend de la voie
Sous cutanée : 0,2 à 0,4 mL
Péritumorale : 2 à 4 mL selon localisation et nombre injections

Injection < 2 mL à répartir dans les 4 points cardinaux

0,5 à 1 mL, 20 min avant l'incision cutanée

ADMINISTRATION

SOUS-CUTANEE péritumorale ou périaréolaire

INTRA-ARTERIELLE



**SOUS-CUTANEE
INTRADERMIQUE
PERIAREOLAIRE
PERITUMORALE
INTRA-TUMORALE**

PERITUMORALE

INTRADERMIQUE périlésionnel

NE PAS INJECTER PAR VOIE INTRAVEINEUSE

- Hypersensibilité immédiate (choc anaphylactique) : surveillance médicale jusqu'à minimum 30 minutes après l'examen et maintien d'un abord veineux
- Déconseillé pendant la grossesse
- Allaitement : pas de données disponibles

- Hypersensibilité avec possible choc anaphylactique et œdème angioneurotique : surveillance médicale de minimum 1h à partir de l'injection
- A utiliser avec une aiguille de connexion Luer Lock
- Contre-indiqué pendant la grossesse
- Déconseillé pendant l'allaitement et pour la population pédiatrique

Les informations de cette fiche ne sont pas exhaustives, se référer au RCP / notice de chaque produit pour plus de précisions

Sources : RCP / Notice ; Bien identifier les différents colorants "bleus" au bloc opératoire, OMÉDIT Centre-Val de Loire, juillet 2025 ; Risque d'hypersensibilité avec les colorants utilisés au bloc, ANSM, décembre 2025 ; Colorants tissulaires : utilisation chirurgicales et diagnostiques, Dossier du CNHIM, juin 2021 XLII 3